

"Утверждаю"
 Главный врач ГКП на ПХВ "Жамбылский
 областной перинатальный центр управления
 здравоохранения акимата Жамбылской
 области"

 Сейтжанов А.С.
 (подпись)
 14 ноября 2024 г.
 (дата)

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинской техники	Хирургические аспиратор			
2	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Основные комплектующие			
		1.	Хирургический аспиратор	Хирургические аспираторы серии это устройства жизнеобеспечения, которые быстро удаляют кровь, скопившуюся в области хирургического вмешательства, и выделения, скопившиеся в дыхательных путях в операционных, путем создания вакуума с определенной скоростью потока, увеличивая видимость хирургической среды и обеспечение непрерывности дыхательной функции. Корпус устройства изготовлен из легкого АБС-пластика, имеет безопасную конструкцию, легко управляется, легко чистится и не содержит острых поверхностей. Благодаря кнопке	1 шт.

			регулировки на панели управления устройства можно легко регулировать вакуум и одновременно контролировать его с помощью манометра. Кроме того, благодаря кнопке выбора банки на корпусе можно выбрать правую и левую банки, не прерывая процесс вакуумирования. подходит для всех видов операций с мощностью вакуума не менее 60 л/мин в диапазоне не менее 680 мм рт. ст. Благодаря бесшумному, безмасляному и обслуживаемому насосу его можно безопасно использовать в течение длительного времени в загруженных условиях операционных. Устройство имеет два разных варианта банок, на 3 или 5 литров. Выбор небольшой емкости для банки выгоден с точки зрения более частого и регулярного обеззараживания. Пластиковая банка не менее 2х3 л Пластиковая банка не менее 2х5 л. Максимум. Сила вакуума не менее 680 мм рт. ст. (~90 кПа 0 90 бар) Количество и вместимость банок не менее 2 х 3 л Тип баночки Прозрачный поликарбонат Расход не менее 60 л/мин Максимум. уровень шума не более 45 дБ Характеристики колес 4 колеса диаметром не более 70 мм 2 из них с тормозами Раздел аксесуаров Да Система защиты двигателя Защита двигателя обеспечивается встроенной в устройство поплавковой и гидроблобной фильтрующей системой Тип вакуумного двигателя Безмасляный не требующий технического обслуживания Настройка вакуума (Да) Входное напряжение 220-240 В переменного тока 50-60 Гц. Собственный вес не более (кг)-21кг. Размер (ШхДхВ)- не более 450х550х930 см.	1 пара
	2.	Вакуумная банка	Вакуумная банка 2 х 3 л	1 шт
	3.	Кабель питания	Кабель питания	1 шт
Дополнительные комплектующие				
	1.	Силиконовый шланг	Силиконовый шланг длиной 0,50 м длина силикона	2 шт
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:				
	1.	Гидрофобный фильтр	Гидрофобный фильтр	5 шт
	2.	Шланг 20 м	Шланг 20 м	1 пара

3	Требования к условиям эксплуатации	Напряжение питания 220 Вольт, частота питания 50/60 Гц. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: 20°C -30°C. Относительная влажность <80%.
4	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	DDP пункт назначения
5	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	15 календарных дней с момента подписания договора Адрес: Казахстан, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАРАЗ Г.А., Г.ТАРАЗ, улица Мангілік ел, здание 1Б
6	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включаются в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделий; специфические для данного изделия работы и т.п.; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники
7	Требования к сопутствующим услугам	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 В, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота

		200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.
--	--	--