

"Утверждаю"
Руководитель ГКП на ПХВ «Жамбылский областной
перинатальный центр» УЗ акимата Жамбылской области
Сейтжанов А.С.



(подпись)
15 ноября 2024г
(дата)

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание				Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
1	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны)	Видеоларингоскоп (Бронхоскоп)				
2	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике		
Основные комплектующие						
		1	Видеоларингоскоп (Бронхоскоп)	Эндоскопический прибор, предназначен для осмотра верхних и нижних дыхательных путей голосовой щели и облегчения интубации трахеи. Сенсорный 3,5 дюймовый жидкокристаллический экран позволяет управлять всем процессом. Значки, изображенные на главном экране, позволяют снять видео и сделать фото за 2-3 секунды,		1 шт.

	произвести настройки: ввод языка, установка времени, регулировка громкости звука, яркость экрана, управление данными фото и видео. Угол наклона экрана в диапазоне от 0 до 120 градусов и в повороте диапазоне от 0 до 270 градусов угол обзора не менее 160 градусов, что позволяет большей возможности манипуляции при проведении осмотра . Объём встроенной памяти составляет 8ГБ (опционально макс.32 ГБ). Полная зарядка аккумулятора производится через micro USB и занимает не менее 4-х часов, через HDMI порт передается изображение к внешнему монитору в реальном времени. Перезаряжаемая литиевая батарея, время работы не менее 240 минут. Размер разъёма 85 (ширина)*104 (высота)*20 (глубина), общий вес 170 гр. Разрешение камеры 160 000 пикселей для полной цифровой обработки изображения. Глубина резкости от 3-50 мм. Поле зрения не менее 90 градусов. Диапазон освещения не менее 050 мм h 40 мм, 2 светодиодных источника света. Угол отклонения вводимой трубки вперед/назад 130/130 градусов. Входит в комплектацию: кнопка отсоединения монитора, рычаг регулировки камеры, вентиляционный порт, всасывающий порт, камера, тестер, водонепроницаемая заглушка. Длина трубки составляет не менее 600 мм. Включает в себя рабочий канал для проведения лечебных мероприятий: аспирация, удаление инородных тел, взятие тканей на гистологию. Материал рукоятки, алюминиевый сплав, вставной трубки- полиуретан. Гибкая часть имеет размеры внешний диаметр 5.2мм диаметр рабочего канала 2.6 мм, тестер рабочего канала Дополнительные аксессуары: переходник для электроотсоса и аспирации, запасные части для промывки, щетка для чистки, водонепроницаемая заглушка, тестер утетки. Основной комплект: 1. 3,5-дюймовый сенсорный монитор * 1 2. Ручка (с рабочим каналом) * 1 3. Встроенный аккумулятор * 1 4. Алюминиевая коробка * 1
--	--

			5. Адаптер переменного тока (шнур питания для ЕС / Великобритании / США) 6. USB-кабель * 1	
3	Требования к условиям эксплуатации	Условия эксплуатации: Температура: 10 - 40 C (50 - 104 F) Относительная влажность воздуха: 20 - 90 % без конденсата Атмосферное давление: 70* - 106 кПа Время для разогрева: прибор не требует разогрева. Перед первым включением он должен согреться до комнатной температуры, для соблюдения условий эксплуатации.		
4	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	DDP пункт назначения		
5	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	15 календарных дней не позднее 25 декабря 2024г Адрес: Казахстан, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАРАЗ, улица Мәңгілік ел, здание 1Б		
6	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену или восстановление ресурс составных частей (за счет конечного пользователя); - замену или восстановление отдельных частей медицинской техники (при гарантийном случае – за счет производителя, при не гарантийном случае – за счет конечного пользователя); - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.		